



[XX. veljače 2023.]

**Hitna sigurnosna obavijest**

**Proizvod:** FreeStyle LibreLink aplikacija za Android (sve verzije)

**Referenca:** ADC FA1010-2023

**Obavijest proizvođača**

Poštovani,

Nedavno ste od nas primili obavijest o problemu kompatibilnosti aplikacije FreeStyle LibreLink s operativnim sustavom Android 13, pri čemu smo Vas obavijestili da kod Vaših pacijenata može doći do dužeg prekida signala u aplikaciji.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je najnovija verzija naše FreeStyle LibreLink aplikacije, verzija 2.8.4, sada kompatibilna s Android 13 operativnim sustavom. **Molimo vas da svoje pacijente potaknete da što prije ažuriraju svoju Android FreeStyle LibreLink aplikaciju na najnoviju verziju 2.8.4.** kako bi bili sigurni da će na svoje pametne telefone primati alarme za glukozu tijekom korištenja aplikacije.

Hvala Vam na strpljenju dok ste čekali našu najnoviju verziju aplikacije. Ako trebate dodatnu podršku, molimo Vas, javite se u Abbottovu službu za korisnike na broj 0800 33 33 44. S veseljem ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja od ponedjeljka do petka, između 8:00 i 16:00 sati (osim blagdanom i neradnim danom).

Srdačan pozdrav,

Abbott Diabetes Care