

Kartica za bolesnika za lijek EXTRANEAL (ikodekstrin, natrijev klorid, natrijev S-laktat, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat)
Za upozorenja pogledajte poledinu kartice

Ime i prezime bolesnika

koristi **EXTRANEAL** otopinu za peritonejsku dijalizu
Kontakt za hitne slučajeve

Odjel za dijalizu _____

Drugi kontakt _____

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka **EXTRANEAL** u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika. Bez promidžbenog sadržaja. Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova). Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

SAŽETAK VAŽNIH RIZIKA I PREPORUČENIH POSTUPAKA ZA NJIHOVU PREVENCIJU I/ILI MINIMIZACIJU:

Mogućnost netočnog očitavanja razine glukoze u krvi

Koristiti **SAMO** one uređaje i test trake za određivanje glukoze koji su specifični za glukozu. Ove metode su uobičajene u kliničkim laboratorijima. Za popis kompatibilnih uređaja za određivanje glukoze, molimo posjetite internetsku stranicu www.glucozesafety.com.

NEMOJTE koristiti uređaje ili test trake za određivanje glukoze koji se temelje na metodama glukoza dehidrogenaza pirolokinolinkinon (GDH-PQQ) ili glukoza-di-oksidoreduktaza. Osim toga, neki, ali ne svi uređaji ili test trake koji se temelje na metodi glukoza dehidrogenaza flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD) se ne smiju koristiti. Korištenje ovih metoda može dovesti do lažno povišenog očitavanja razine glukoze u krvi kod bolesnika koji koriste lijek EXTRANEAL zbog interferencije s maltozom. Lažno povišeno očitavanje razine glukoze u krvi može prikriti stvarnu hipoglikemiju ili dovesti do pogrešne dijagnoze hiperglikemije što može rezultirati događajima opasnim po život bolesnika. Za daljnje informacije kao i popis o kompatibilnosti uređaja za određivanje glukoze posjetite www.glucozesafety.com. Dodatno, možete kontaktirati proizvođača, odnosno zastupnika proizvođača u Republici Hrvatskoj, uređaja i test traka za određivanje glukoze kako biste saznali koja metoda se koristi u njihovim proizvodima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Baxter Healthcare d.o.o., Hektorovićeve 2,
10 000 Zagreb, tel.: 01 6610314
Verzija 4; studeni, 2022. HR-RC21-220004.

BAXTER i **EXTRANEAL** su
zaštitni znakovi tvrtke
Baxter International Inc.

Baxter