

UPOZORENJE

Mogućnost netočnog očitanja razine glukoze u krvi

Ime i prezime bolesnika

koristi **EXTRANEAL**
otopinu za peritonejsku dijalizu

Koristiti SAMO one uređaje i test trake za određivanje glukoze koji su specifični za glukozu. Ove metode su uobičajene u kliničkim laboratorijima. Za popis kompatibilnih uređaja za određivanje glukoze, molimo posjetite internetsku stranicu www.glucosesafety.com. NEMOJTE koristiti uređaje ili test trake za određivanje glukoze koji se temelje na metodama glukoza dehidrogenaza pirolokinolinkinon (GDH-PQQ) ili glukoza-di-oksidoreduktaza. Osim toga, neki, ali ne svi uređaji ili test trake koji se temelje na metodi glukoza dehidrogenaza flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD) se ne smiju koristiti. Korištenje ovih metoda može dovesti do lažno povišenog očitanja razine glukoze u krvi kod bolesnika koji koriste lijek **EXTRANEAL** zbog interferencije s maltozom. Lažno povišeno očitanje razine glukoze u krvi može prikriti stvarnu hipoglikemiju ili dovesti do pogrešne dijagnoze hiperglikemije što može rezultirati događajima opasnim po život bolesnika. Za daljnje informacije kao i popis o kompatibilnosti uređaja za određivanje glukoze posjetite www.glucosesafety.com. Dodatno, možete kontaktirati proizvođača, odnosno zastupnika proizvođača u Republici Hrvatskoj, uređaja i test traka za određivanje glukoze kako biste saznali koja metoda se koristi u njihovim proizvodima.

Baxter

Verzija 4; studeni, 2022. HR-RC21-220002.

BAXTER i EXTRANEAL su zaštitni znakovi tvrtke Baxter International Inc.