

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST AŽURIRANJE



Datum slanja pisma

GE HealthCare Ref. br. 32097-3

Za: Direktor biomedicinskog inženjerstva
Direktor neonatologije / L&D / Voditelj sestrinstva
Menadžer rizika / Administrator bolnice

Predmet: **Ažuriranje komunikacije tvrtke GE HealthCare: Vrata grijača za određene uređaje Giraffe OmniBed i Giraffe OmniBed Carestation**

Poštovani kupci,

Tvrtka GE HealthCare nedavno je utvrdila da se priložena Hitna sigurnosna obavijest, (ref. br. 32097 i 32097-2) odnosi i na dodatne proizvode. Stoga je tvrtka GE HealthCare ažurirala popis proizvoda na koje se odnosi obavijest tako da uključuje uređaje Giraffe OmniBed Carestation proizvedene od siječnja 2018. do **srpnja 2025.** te Giraffe OmniBed i Giraffe OmniBed Carestation kojima su vrata grijača zamijenjena tijekom tog vremenskog razdoblja.

Specifične pojedinosti o ovom sigurnosnom problemu i načine identifikacije datuma proizvodnje svog uređaja možete pronaći u Hitnoj sigurnosnoj obavijesti tvrtke GE HealthCare, ref. br. 32097 i 32097-2.

Budite uvjereni da je održavanje visoke razine sigurnosti i kvalitete naš najveći prioritet. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite nam se putem kontaktnih podataka navedenih u Hitnoj sigurnosnoj obavijesti tvrtke GE HealthCare.

Srdačan pozdrav,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare