Medtronic

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Aplikacija za liječničko programiranje SynchroMed™ A810 v2.x.

Ažuriranje softvera

15. siječanj 2026.

Medtronicova referencija: FA1440

jedinstveni registracijski broj proizvođača u EU-u (SRN): US-MF- >000019977

Poštovani,

obavještavamo vas da je sada dostupna za instalaciju nova verzija modela A810 aplikacije za liječničko programiranje SynchroMed™, v2.0.3320. Ažuriranjem su riješeni prethodno priopćeni softverski problemi povezani s ranijim verzijama koje su se upotrebljavale za model 8637 infuzijske pumpe SynchroMed II i model 8667 infuzijske pumpe SynchroMed III.

Ti su vam problemi prvotno priopćeni u Hitnoj sigurnosnoj obavijesti od studenog 2024. Nova verzija aplikacije za liječničko programiranje A810 rješava te probleme.

Radnje korisnika:

- Što prije preuzmite i i instalirajte aplikaciju za liječničko programiranje A810 v2.0.3320 ili bilo koju noviju verziju te kontaktirajte lokalnog predstavnika tvrtke Medtronic ako imate pitanja u vezi ažuriranja.
- Zadržite presliku ovog pisma za svoju evidenciju.

Dodatne informacije:

Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je obaviještena o ovoj radnji.
Žao nam je zbog neugodnosti koje bi Vam ovo moglo prouzročiti. Posvećeni smo sigurnosti bolesnika i cijenimo Vašu pozornost na ovo pitanje. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom obavijesti, obratite se predstavniku tvrtke Medtronic Petru Pasiniju na petar.pasini@medtronic.com odnosno na Medtronic Adriatic doo, Folnegovićeva 1c, 10000 Zagreb.

S poštovanjem,

MEDTRONIC ADRIATIC d.o.o.
Folnegovićeva 1c
10000 ZAGREB 2

Ivana Brkan
Voditelj OU Neuroscience
ivana.brkan@medtronic.com

Medtronic

Prilog:

- Hitna sigurnosna obavijest iz studenoga 2024.