

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST***Dobrovoljno povlačenje određenih serija Bausch + Lomb otopina za kontaktne leće, otopina za ispiranje oka i lubrikanata za oko***

25. svibanj 2021.

Na pozornost kupcima Bausch + Lomb-a,*

Bausch + Lomb je obaviješten od strane jednog od svojih dobavljača iz Milana, Italija koji sterilizira pojedine komponente (bočice, kapaljke i čepove) naših otopina za kontaktne leće, otopina za ispiranje oka, lubrikanata za oko i pridruženih brandova o problemu s njegovim postupkom sterilizacije, prije proizvodnje u našem pogonu u Milanu, Italija. Bausch + Lomb je jedna od mnogih kompanija zahvaćenih s ovom situacijom.

S obzirom da ne možemo potvrditi usklađenost postupka sterilizacije dobavljača sa zahtjevima propisanim za taj postupak vezano za pojedine komponente ovih proizvoda, provodimo dobrovoljni postupak povlačenja određenih serija Biotrue® otopine za kontaktne leće, ReNu® MPS višenamjenske otopine, Renu® MultiPlus otopine za kontaktne leće, Boston® cleaner otopine, Boston® conditioning otopine, Boston® Simplus Multi-action višenamjenske otopine za kontaktne leće, Sensitive Eyes® otopine za kontaktne leće, EasySept® otopine za kontaktne leće, Ophthaxia® otopine za ispiranje oka, Sensitive Eyes® lubrikant otopine za oko i pridruženih brandova koji se proizvode u našem pogonu u Milanu, Italija. Popis svih Bausch + Lomb proizvoda i serija na koje se odnosi ovo povlačenje nalazi se u prilogu.

Zdravlje i sigurnost svih korisnika naših proizvoda su nam najveći prioritet. Iako je rizik od infekcije kod primjene ovih proizvoda nizak, odlučili smo dobrovoljno povući ove pojedine serije proizvoda jer ne možemo potvrditi usklađenost postupka sterilizacije dobavljača sa zahtjevima propisanim za taj postupak vezano za pojedine komponente ovih proizvoda. Do danas nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s ovim problemom.

Ostali Bausch + Lomb proizvodi i serije nisu zahvaćeni s ovim postupkom.

O ovom su postupku obaviještena sva odgovarajuća regulatorna tijela. Osim toga, detalji u vezi s navedenim povlačenjem uključeni su u ovaj dokument, stoga se neće slati daljnje informacije.

UKLONITE PROIZVOD ZAHVAĆEN OVIM POSTUPKOM IZ VAŠE ORGANIZACIJE I KONTAKTIRAJTE SEDGWICK, TVRTKU KOJA PROVODI POSTUPAK POVLAČENJA UIME BAUSCH + LOMB, ZA UPUTE OKO POVRATA.

Prema našoj evidenciji, u Vaša organizacija je zaprimila proizvode koji su zahvaćeni s ovim postupkom povlačenja. Molimo Vas da hitno poduzmete sljedeće korake kao odgovor:

1. Pregledajte popis serija (Prilog 1) u ovom pismu ili na web stranici BLRecall.expertinquiry.com kako biste utvrdili imate li na zalihama proizvode zahvaćene ovim postupkom povlačenja. Dodatne detalje o proizvodu, uključujući primjere označivanja proizvoda radi lakše identifikacije proizvoda, potražite u tablici 1 ili na BLRecall.expertinquiry.com.
2. Uklonite proizvode zahvaćene ovim postupkom iz Vašeg inventara. Nemojte više prodavati ili distribuirati ove proizvode.
3. Prebrojte u Vašem inventaru proizvode za koje ste utvrdili da su zahvaćeni ovim postupkom.
4. Ispunite priloženi obrazac "Customer Reply Form" (uključujući ukupan broj proizvoda u Vašoj organizaciji za koje ste utvrdili da su zahvaćeni ovim postupkom) i vratite obrazac tvrtki Sedgwick na


email: BLRecall@Sedgwick.com ili fax: +44-20-8705-0539 u roku od 5 dana. **Važno je vratiti obrazac "Customer Reply Form" čak i ako u svojoj organizaciji nemate serije zahvaćene ovim postupkom.**

5. Kontaktirajte tvrtku Sedgwick na broj telefona: +44-20-8089-3775 kako biste dogovorili preuzimanje proizvoda za koji ste utvrdili da je zahvaćen ovim postupkom i dobili autorizacijski broj za povrat ("Return Material Authorization Number").
6. Isprintajte priloženu obavijest (prilog 2) i stavite je na vidljivo mjesto za potrošače. Molimo vas da obavijest za potrošače bude vidljiva 90 dana.

Za pitanja vezana uz ovu obavijest, molimo nazovite tvrtku Sedgwick na broj telefona +44-20-8089-3775.

Zahvaljujemo na Vašem razumijevanju i brzoj pomoći, te se ispričavamo zbog mogućih neugodnosti.

S poštovanjem,



Timo Jackle
Vice President, Quality, Global Medical Devices
Bausch + Lomb

®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
© 2021 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

***VAŽNO: Ovu obavijest je potrebno proslijediti svima koji bi trebali biti obaviješteni unutar Vaše lanca opskrbe, ako je moguće da su povezani sa proizvodima zahvaćenima ovim postupkom. Molimo vas da održavate svijest o ovoj obavijesti i potrebnim postupcima tijekom odgovarajućeg razdoblja kako biste osigurali učinkovitost korektivnih radnji. Molimo prijavite sve neželjene događaje povezane s proizvodima proizvođaču, distributeru ili lokalnom predstavniku i nacionalnom nadležnom tijelu, ako je potrebno jer to omogućuje važne povratne informacije.**

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST "CUSTOMER REPLY FORM"

Ovime se potvrđuje primitak gore spomenute obavijesti o dobrovoljnom povlačenju od 24. svibnja 2021.

Detalji o proizvodu:

Bausch + Lomb dobrovoljno povlači samo serije navedene u ovoj obavijesti (prilog 1), koje uključuju Biotrue® otopine za kontaktne leće, ReNu® MPS višenamjenske otopine, Renu® MultiPlus otopine za kontaktne leće, Boston® cleaner otopine, Boston® conditioning otopine, Boston® Simplus Multi-Action višenamjenske otopine za kontaktne leće, Sensitive Eyes® otopine za kontaktne leće, EasySept® otopine za kontaktne leće, Ophthaxia® otopine za ispiranje oka, Sensitive Eyes® lubrikant otopine za oko i pridruženih brandova.

Molimo pregledajte i potvrdite (X) izjavu ispod:

Pregledali smo priloženu hitnu sigurnosnu obavijest i potvrđujemo razumijevanje upozorenja.

Molimo pregledajte i potvrdite (X) jednu od izjava ispod koja se odnosi na Vašu organizaciju:

Nemamo nijednu od ovih serija proizvoda u našem inventaru.

Imamo ove serije proizvoda u našem inventaru. Ako je označeno, molimo Vas ispunite tablicu ispod.

Molimo upišite slijedeće informacije za serije proizvoda za koje ste u Vašoj organizaciji utvrdili da su zahvaćene ovim postupkom:

Proizvodi	Broj serije (Lot)	Vraćena količina
<ul style="list-style-type: none"> Biotrue® multi-purpose solution (60mL, 120mL, 240mL, 300mL, 360mL, 480mL) Biotrue® multi-purpose solution flight pack (60mL, 2 X 60mL) Biotrue® multi-purpose solution (2 X 300mL, 3 X 300mL, 4 X 300 mL, 1 X 300mL + 1 X 60mL, 2 X 300mL + 1 X 60mL) 		
<ul style="list-style-type: none"> ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 500mL, and 3 X 240mL) ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes flight pack (2 X 60mL) ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (2 X 360mL, 3X360mL, 4 X 240mL, 4 X 360mL, 6 X 240mL, 6 X 360mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL) ReNu® multi-purpose formule classique 60mL, 120mL, 360mL, 3 X 360mL, 4 X 360mL, 6 X 360) 		

<ul style="list-style-type: none"> • ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 500mL, 2 X 360mL, 2 X 500mL, 3 X 360mL, 3 X 240mL, 4 X 240mL, 6 X 240mL, 1 X 500mL + 1 X 60mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL, 3 X 360ml + 120mL) • ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort flight pack (2 X 60mL) 		
<ul style="list-style-type: none"> • EasySept® contact lens solution (120mL, 360mL, 2 X 360, 3 X 360) • Easysept and Saline (2 X 360 + 1360 saline, 5 X 360 + 1 X 260 saline) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Sensitive Eyes® contact lens solution plus Saline (240mL, 360mL,500mL) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Boston® SIMPLUS Multi Action Solution (60mL, 120mL, 360ml, 340mL) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner (30mL & 4 X 30mL) • Boston®/Boston® ADVANCE Conditioning Solution (120mL & 4 X 120mL) • Boston® Multi Action Solution Special Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL) • Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Multipack (3 X 30mL & 3 X 120mL, 1 X 120mL+ 1 X 30mL) • Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL & 30mL, 15mL + 30mL, 1 X 30+ 1 X 30) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Sensitive Eyes® eye lubricant solution (240mL, 360mL,500mL) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Ophtaxia® eye wash solution (120mL) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Pridruženi brandovi 		

Ja ovime potvrđujem da sam ukloni-o/la sve proizvode zahvaćene ovim povlačenjem iz svoje organizacije kako bih spriječi-o/la primjenu i kontaktirati ću tvrtku Sedgwick kako bih dogovori-o/la preuzimanje preuzimanje identificiranog proizvoda i za upute u vezi odobrenja povrata.

Datum

Ime (tiskanim slovima)

Bausch + Lomb "Account Number"

Potpis

Naziv organizacije

Broj telefona

Molimo ispunite, potpišite i vratite ovaj obrazac na:




Email: BLRecall@Sedgwick.com **ili Fax:** +44-20-8705-0539

Za pitanja vezana uz ovu obavijest, molimo nazovite tvrtku Sedgwick na broj telefona: +44-20-8089-3775.

Izjava o povjerljivosti podataka: Podaci sadržani u ovoj obavijesti su povjerljivi podaci namijenjeni korištenju od strane navedenih iznad. Ako niste primatelj kojemu je ova obavijest namijenjena niti zaposlenik ili osoba odgovorna za dostavu ove poruke predviđenom primatelju, ovime ste obaviješteni da je svako otkrivanje, kopiranje, distribucija ili poduzimanje bilo kakvih radnji u skladu sa sadržajem informacija strogo zabranjeno. Ako ste ovo primili pogreškom, odmah nas obavijestite telefonom kako bismo dogovorili povratak izvornog dokumenta.






HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Tablica 1 – Detalji o proizvodima na koje se odnosi ovaj postupak povlačenja*	
Rok valjanosti (EXP)	Svibanj 2021 – Veljača 2024
 <ul style="list-style-type: none"> • Biotrue® multi-purpose solution (60mL, 120mL, 240mL, 300mL, 360mL, 480mL) • Biotrue® multi-purpose solution (2 X 300mL, 3 X 300mL, 4 X 300 mL, 1 X 300mL + 1 X 60mL, 2 X 300mL + 1 X 60mL) 	 <ul style="list-style-type: none"> • ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 500mL, and 3 X 240mL) • ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes flight pack (2 X 60mL) • ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (2 X 360mL, 3X360mL, 4 X 240mL, 4 X 360mL, 6 X 240mL, 6 X 360mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL) • ReNu® multi-purpose formule classique (60mL, 120mL, 360mL, 3 X 360mL, 4 X 360mL, 6 X 360)
 <ul style="list-style-type: none"> • Boston® SIMPLUS Multi Action Solution (60mL, 120mL, 360ml, 340mL) • Boston® Multi Action Solution Special Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL) 	 <ul style="list-style-type: none"> • ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 500mL, 2 X 360mL, 2 X 500mL, 3 X 360mL, 3 X 240mL, 4 X 240mL, 6 X 240mL, 1 X 500mL + 1 X 60mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL, 3 X 360ml + 120mL) • ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort flight pack (2 X 60mL)
 <ul style="list-style-type: none"> • Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner (30mL & 4 X 30mL) • Boston®/Boston® ADVANCE Conditioning Solution (120mL & 4 X 120mL) • Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Multipack (3 X 30mL & 3 X 120mL, 1 X 120mL+ 1 X 30mL) 	 <p>Sensitive Eyes® contact lens solution plus Saline (240mL, 360mL, 500mL)</p>

Tablica 1 – Detalji o proizvodima na koje se odnosi ovaj postupak povlačenja*	
<ul style="list-style-type: none"> Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL & 30mL, 15mL + 30mL, 1 X 30+ 1 X 30) 	
 <p>EasySept® contact lens solution (120mL, 360mL, 2 X 360, 3 X 360) Easysept and Saline (2 X 360 + 1360 saline, 5 X 360 + 1 X 260 saline)</p>	 <p>Ophthaxia® eye wash solution (120mL)</p>
 <p>Sensitive Eyes® eye lubricant solution (15mL)</p>	
<p><i>*Slike u gornjem odjeljku Detalji o proizvodima na koje se odnosi ovaj postupak povlačenja su samo primjeri. Proizvodi ili pakiranje tih proizvoda mogu se razlikovati ovisno o regiji/državi.</i></p>	

Pogledajte ispod primjer označivanja bočice i kutije koji sadrže broj serije (LOT) i rok valjanosti (EXP) kako biste lako identificirali proizvod. Broj serije (LOT) se sastoji od dva slova i četiri znamenke (AA#####), a rok valjanosti (EXP) sadrži: oznaka godine sa četiri znamenke, crtica, oznaka mjeseca sa dvije znamenke (YYYY-MM).

Primjeri označivanja

LOT i EXP na označivanju bočice	LOT i EXP na označivanju kutije
<p>CONSULTE O FOLHETO INFORMATIVO PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A SEGURANÇA Guarda à temperatura ambiente. Utilize antes da data de validade impressa na caixa e frasco. Deste fora qualquer solução restante 90 dias após a abertura.</p> <p>ES08-4950W LAUMESPT02</p> <p> AA####  YYYY-MM</p> 	<p>DO NOT USE IF TAMPER EVIDENT SEAL OR BOTTLE IS BROKEN OR MISSING DO NOT USE IF SEAL IS MISSING OR BOTTLE IS BROKEN OR MISSING DO NOT USE IF SEAL IS MISSING OR BOTTLE IS BROKEN OR MISSING DO NOT USE IF SEAL IS MISSING OR BOTTLE IS BROKEN OR MISSING DO NOT USE IF SEAL IS MISSING OR BOTTLE IS BROKEN OR MISSING</p> <p>SPAIN C.N. 174926.0</p> <p>PORTUGAL</p> <p>8 470001 749260</p> <p>6 4 1 4 4 1 7</p> <p> AA####  YYYY-MM</p> <p>7 391899 236940</p>

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

*Popis brojeva serija (LOT) proizvoda zahvaćenih postupkom povlačenja
Prilog 1*

Description	LOT Number
Boston Simplus 120 ml	ME2440
	MF3500
Boston Conditioner 120 ml	MD2273
	MD4017
	ME0313
	MF3792
Boston Cleaner 30 ml	ME2954
	ME4006
	ME4556
Biotrue MPS 60 ml	ME2224
	ME2540
	MF3198
Biotrue MPS 360 ml	ME3781
	ME3935
Renu MPlus 120 ml	ME2322
	ME3787
Renu MPlus 240 ml	ME2325
Renu MPlus 360 ml	ME2969
	ME3720
	ME5014
	MF1154
	MF1424
	MF2283

Prilog 2
Obavijest za potrošače

- NA PAŽNJU KORISNICIMA -

Bausch + Lomb dobrovoljno povlači određene serije svojih otopina za kontaktne leće, otopina za ispiranje oka i lubrikanata za oko.

Ovaj postupak povlačenja se odnosi samo na Bausch + Lomb proizvode proizvedene u Italiji.

Ovaj dobrovoljni postupak povlačenja uslijedio je nakon obavijesti o problemu s postupkom sterilizacije koju je Bausch + Lomb primio od jednog od svojih dobavljača iz Milana, Italija koji sterilizira pojedine komponente ovih proizvoda (bočice, kapaljke i čepove) prije proizvodnje. Bausch + Lomb jedna je od mnogih kompanija zahvaćenih ovom situacijom.

Iako je rizik od infekcije kod primjene ovih proizvoda nizak, Bausch + Lomb je odlučio dobrovoljno povući ove pojedine serije proizvoda jer ne možemo potvrditi usklađenost postupka sterilizacije dobavljača sa zahtjevima propisanim za taj postupak vezano za pojedine komponente ovih proizvoda.

Za više informacija upotrijebite donji QR kod ili posjetite web stranicu BLrecall.expertinquiry.com.





Media kontakt:

BauschLomb@FTIConsulting.com

BAUSCH + LOMB OBJAVLJUJE DOBROVOLJNO POVLAČENJE ODREĐENIH SERIJA BAUSCH + LOMB OTOPINA ZA KONTAKTNE LEĆE, OTOPINA ZA ISPIRANJE OKA I LUBRIKANATA ZA OKO

Nema poznatih ozbiljnih štetnih događaja povezanih s ovim povlačenjem

Laval, QUEBEC, 25. svibanj 2021. - Bausch + Lomb, vodeća globalna kompanija u području zdravlja oka, provodi dobrovoljno povlačenje određenih serija Biotrue® otopine za kontaktne leće, ReNu® MPS višenamjenske otopine, Renu® MultiPlus otopine za kontaktne leće, Boston® cleaner otopine, Boston® conditioning otopine, Boston® Simplus Multi-action višenamjenske otopine za kontaktne leće, Sensitive Eyes® otopine za kontaktne leće, EasySept® otopine za kontaktne leće, Ophtaxia® otopine za ispiranje oka, Sensitive Eyes® lubrikant otopine za oko i pridruženih brandova koji se proizvode u našem pogonu u Milanu, Italija. Popis svih Bausch + Lomb proizvoda i serija zahvaćenih ovim povlačenjem možete vidjeti ispod.

Ovaj postupak dobrovoljnog povlačenja se provodi u Europi, Bliskom Istoku, Africi, Hong Kongu i Kini, iako određene serije Ophtaxia® otopine za ispiranje oka se odnose samo na Francusku i Hong Kong, a Sensitive Eyes® lubrikant otopine za oko na Mađarsku, Bugarsku i Južnu Afriku. Dodatno, jedini proizvod koji se povlači u Kini je Boston® Simplus Multi-action višenamjenska otopina za kontaktne leće.

Ovaj postupak povlačenja uslijedio je nakon obavijesti o problemu s usklađenošću postupka sterilizacije koju je Bausch + Lomb primio od jednog od svojih dobavljača iz Milana, Italija, koji sterilizira pojedine komponente ovih proizvoda (bočice, kapaljke i čepove) prije proizvodnje u našem pogonu u Milanu, Italija. Bausch + Lomb jedna je od mnogih kompanija zahvaćenih ovom situacijom.

Zdravlje i sigurnost svih korisnika naših proizvoda su nam najveći prioritet. Iako je rizik od infekcije kod primjene ovih proizvoda nizak, odlučili smo dobrovoljno povući ove pojedine serije proizvoda jer ne možemo potvrditi usklađenost postupka sterilizacije dobavljača sa zahtjevima propisanim za taj postupak vezano za pojedine komponente ovih proizvoda. Do danas nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s ovim problemom.

Informacije o brojevima serija (LOT) zahvaćenim ovim postupkom možete pronaći na web stranici: BLRecall.expertinquiry.com. Ostali Bausch + Lomb proizvodi i serije nisu zahvaćeni s ovim postupkom povlačenja.

Potrošači koji možda imaju ove proizvode zahvaćene postupkom povlačenja trebali bi poduzeti sljedeće korake:







1. Posjetite web stranicu BLRecall.expertinquiry.com kako biste potvrdili da je proizvod koji imate zahvaćen ovim postupkom povlačenja.




2. Ako je proizvod zahvaćen ovim postupkom, prestanite ga koristiti.
3. Za daljnje upute, registrirajte se na web stranici BLRecall.expertinquiry.com.
4. Nakon što se slijedili sve upute, proizvod odložite u otpad.

Za više informacija o povlačenju, za pomoć oko registracije ili za prijavu štetnog događaja ili pritužbe potrošači trebaju kontaktirati Sedgwick, tvrtku koja provodi ovaj postupak povlačenja u ime Bausch + Lomb na email adresu: BLRecall@Sedgwick.com, putem telefona na broj: +44 20 8089 3775 od 10.00 do 19.00 sati po lokalnom vremenu, nedjelja – subota ili online na web stranici: BLRecall.expertinquiry.com.

Potrošači bi se također trebali obratiti svom zdravstvenom djelatniku u području njege oka u vezi daljnje njege i upute vezane uz štetni događaj.

Molimo da maloprodaja, ljekarne, zdravstveni djelatnici u području njege oka, distributeri i veleprodaja, koji su kupili proizvode od Bausch + Lomb-a kontaktiraju tvrtku Sedgwick na broj telefona: +44 20 8089 3775 kako bi dogovorili preuzimanje identificiranog proizvoda i za upute u vezi odobrenja povrata. Ako proizvodi nisu kupljeni izravno od tvrtke Bausch + Lomb, molimo kupce da kontaktiraju tvrtku od koje su kupili proizvod kako bi ga vratili i razgovarali o mogućnostima zamjene ili povrata novca.

Detalji o proizvodima na koje se odnosi ovaj postupak povlačenja*	
Rok valjanosti (EXP)	Svibanj 2021 – Veljača 2024
 <ul style="list-style-type: none"> • Biotrue® multi-purpose solution (60mL, 300mL, 360mL) • Biotrue® multi-purpose solution (2 X 300mL) 	 <ul style="list-style-type: none"> • ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, 360ml, 500 ml and 3 X 240mL) • ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes flight pack (2 X 60mL) • ReNu® multi-purpose formule classique
 <ul style="list-style-type: none"> • Boston® SIMPLUS Multi Action Solution (120mL) • Boston® Multi Action Solution Special Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL) 	 <ul style="list-style-type: none"> • ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 3 X 240mL)
 <ul style="list-style-type: none"> • Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner (30mL) 	 <p>Sensitive Eyes® contact lens solution plus Saline (500mL)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Boston®/Boston® ADVANCE Conditioning Solution (120mL) • Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Multipack (3 X 30mL & 3 X 120mL) • Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL & 30mL) 	
 <p>EasySept® contact lens solution (120mL)</p>	 <p>Ophtaxia® eye wash solution</p>
 <p>Sensitive Eyes® eye lubricant solution</p>	

**Slike u odjeljku Detalji o proizvodima na koje se odnosi ovaj postupak povlačenja su samo primjeri. Proizvodi ili pakiranje tih proizvoda mogu se razlikovati ovisno o regiji/državi.*

O Bausch + Lomb-u

Bausch + Lomb, vodeći globalni segment kompanije Bausch Health Companies Inc. u području zdravlja oka, isključivo je usmjerena na pomaganje ljudima da bolje vide kako bi im život bio bolji. Njegova osnovna djelatnost uključuje bezreceptne proizvode, dodatke prehrani, proizvode za njegu očiju, oftalmološke lijekove, kontaktne leće, proizvode za njegu leća, oftalmološke kirurške proizvode i instrumente. Bausch + Lomb razvija, proizvodi i prodaje jedan od najopsežnijih portfelja proizvoda u industriji koji je dostupan u otprilike 100 zemalja. Za više informacija posjetite web stranicu: www.bausch.com.

###

*®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
All other product/brand names and/or logos are trademarks of the respective owners.
© 2021 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.*



OBJAVE ZA DRUŠTVENE MREŽE, ZA DOBROVOLJNO POVLAČENJE PROIZVODA

Za LinkedIn, Facebook, Instagram i ostale koji nemaju ograničenje broja znakova

Bausch + Lomb dobrovoljno povlači određene serije svojih otopina za kontaktne leće, ispiranje oka i lubrikanata za oko u Europi, Bliskom Istoku, Africi, Rusiji/CIS regiji, Hong Kongu i Kini, iako ne odnose se svi proizvodi zahvaćeni ovim povlačenjem na sve zemlje. Razlog ovog povlačenja je problem s usklađenošću jednog našeg dobavljača koji sterilizira pojedine komponente ovih proizvoda. Bausch + Lomb jedna je od mnogih kompanija zahvaćenih ovom situacijom.

Zdravlje i sigurnost svih korisnika naših proizvoda su nam najveći prioritet. Iako je rizik od infekcije kod primjene ovih proizvoda nizak, Bausch + Lomb je odlučio dobrovoljno povući ove pojedine serije proizvoda jer ne možemo potvrditi usklađenost postupka sterilizacije dobavljača sa zahtjevima propisanim za taj postupak vezano za pojedine komponente ovih proizvoda. Do danas nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s ovim problemom.

Za više informacija molimo posjetite web stranicu: BLRecall.expertinquiry.com

Twitter (postoji ograničenje broja znakova u svakom tweetu)

Bausch + Lomb dobrovoljno povlači određene serije svojih otopina za kontaktne leće, ispiranje oka i lubrikanta u nekim zemljama zbog problema s usklađenošću jednog našeg dobavljača koji sterilizira pojedine komponente ovih proizvoda. Za više informacija posjetite BLRecall.expertinquiry.com.