

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Dana 26.07.2013. dobiven je nalaz od ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr. Andrija Štampar o povišenoj vrijednosti DEHP-a u Setu za infuziju, Infusion set, lot 2013-01, proizvođača Shandong Qiaopai Group Co., Ltd.

1. **Set za infuziju Infusion set, više ne koristiti do daljnje obavijesti.**
lot 2013-01, proizvođača Shandong Qiaopai Group Co., Ltd.

Maknuti ga sa svojih polica, izdvojiti i obilježiti u svom skladištu; NE KORISTITI.

Što je prije vremenski moguće vratit ćemo proizvod u svoju karantenu.

2. **Setove za transfuziji ovog istog proizvođača Shandong Qiaopai Group Co., Ltd. prestati koristiti,**
izdvojiti ih od ostalih proizvoda i obilježiti dok im se ne napravi analiza na DEHP o čemu ćete pismeno biti obaviješteni.

Molimo Vas prenosite ovu obavijest drugim zainteresiranim stranama na koje ova akcija utječe.

Ovu obavijest treba prosljediti svima koji trebaju o tome znati unutar više ustanova kao i svim korisnicima kojima su proizvodi distribuirani, a kod kojih se pretpostavlja postojanje problema

Na ruke voditelja ljekarne.

Referentna osoba za kontakt: Silvestar Mladina

Dolje potpisani potvrđuje da je ovu obavijest službeno poslao Agenciji za lijekove I medicinske proizvode.

Zagreb, 31.07.2013.

Direktor

MA-GO PLAST d.o.o.
proizvodnja i trgovina
Majcenov put 38, 10000 Zagreb


Silvestar Mladina